

Faxitron® Path+

Proben-Röntgensystem

SCHNELLSTARTANLEITUNG

1. EINSCHALTEN

- Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf der Rückseite des Faxitron Path+-Schanks auf die Position **ON** (ein)gestellt ist
- Drehen Sie den **Schlüssel** auf der Vorderseite des Faxitron Path+-Schanks auf **ON** (Ein)
- Schalten Sie den Monitor **ein** (falls erforderlich)

2. SOFTWARE STARTEN

- Stellen Sie sicher, dass sich nichts in der Röntgenkammer des Faxitron Path+ befindet
- Doppelklicken Sie auf das Symbol **Vision** in der Mitte des Desktops und geben Sie das Passwort ein

3. KALIBRIEREN

- Nach dem Einloggen werden Sie aufgefordert, die Kalibrierung durchzuführen. Drücken Sie die Taste **„Calibrate“** (Kalibrieren), um fortzufahren

4. PATIENTENDATEN

- Starten Sie das Verfahren
- Aus Arbeitsliste auswählen
- Suchen Sie nach dem Namen des Patienten und klicken Sie doppelt darauf
- Füllen Sie alle fehlenden Pflichtfelder wie z. B. Lateralität aus
- **Annehmen**

5. RÖNTGENAUFNAHME

- Legen Sie die Probe(n) in die Faxitron Path+-Röntgenkammer – verwenden Sie bei Bedarf das Vergrößerungstablett
- Drücken Sie die grüne **„x-ray“**-Taste (Röntgenaufnahme) zum Aktivieren der Röntgenstrahlen– das Bild erscheint nach wenigen Sekunden

6. BILDMANIPULATION

- Halten Sie die **linke Maustaste** gedrückt und ziehen Sie die Maus, um Helligkeit und Kontrast für die Fensterungsfunktion zu ändern
- **Passen Sie den Zoom an**, um das Bild zur Ansicht zu vergrößern

7. SPEICHERUNG IN PACS

- Wählen Sie die Taste **„PACS Store“** (PACS-Speicher) auf der linken Seite des Bildschirms aus

8. DRUCKEN

- Wählen Sie die Taste **„PACS Print“** (PACS-Druck) auf der linken Seite des Bildschirms aus

9. HERUNTERFAHREN

- Wählen Sie die Taste **„System Shutdown“** (System herunterfahren) auf der linken Seite aus und klicken Sie dann auf **„OK“**
- Drehen Sie den **Schlüssel** am Faxitron Path+-Schrank auf **off** (aus)

 www.hologic.com/package-inserts



Hologic, Inc.
36 Apple Ridge Road
Danbury, CT 06810 USA
1.800.447.1856
www.hologic.com



Hologic, BV
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
Belgien
Tel.: +32 2 711 46 80
Fax: +32 2 725 20 87

Sponsor aus Australien

Hologic Pty Ltd
Suite 302, Level 3
2 Lyon Park Road
Macquarie Park NSW 2113
Tel.: 02 9888 8000

